校正対応機器一覧

株式会社日本校正センター

ver. 133a18b

校正対応機器　一覧

区分 力

簡易型力計	校正対応範囲	JCSS校正	検査
フォースゲージ	0.2 N以上 5000 N以下（圧縮力･引張力）	○	○
プッシュプルゲージ	0.2 N以上 5000 N以下（圧縮力･引張力）	○	○
テンションゲージ	0.2 N以上 5000 N以下（圧縮力･引張力）	○	○
汎用ロードセル *1	校正対応範囲	JCSS校正	検査
小容量ロードセル	0.2 N以上 5000 N以下（圧縮力･引張力）	○	○
ロードセル	5 kN超 1 MN以下（圧縮力）		○
その他	校正対応範囲	JCSS校正	検査
握力計	100 kgf 以下（圧縮力）		○
ダイヤルテンションゲージ	5 N以上 500 N以下		○
ロードセル　*2 *3	基準力に対する出力（V、A）		○

*1 専用の指示計及び耐圧盤がある場合はセットでお申し込み下さい。
*2 ロードセル単体での場合です。対応範囲は、汎用ロードセルの欄を参照。
*3 ケーブル、結線図を添えてお申し込み下さい。（印加電圧をご指定下さい。）
* その他、力計・ロードセル・トランスデューサ等についてはご相談下さい。

区分 長さ

一次元寸法測定器	校正対応範囲	JCSS校正	検査
ノギス　*4	1500 mm以下	○	○
外側マイクロメータ　*4	1000 mm以下	○	○
ハイトゲージ　*4	600 mm以下	○	○
ダイヤルゲージ　*4	50 mm以下	○	○
デジタルインジケータ　*4	50 mm以下	○	○
直尺（端面基点）	1500 mm以下	○	○
直尺（端面基点以外）	600 mm以下	○	○
てこ式ダイヤルゲージ	5 mm以下	○	○
シリンダゲージ	600 mm以下　（有効測定範囲 1.2 mm）		○
内側マイクロメータ（棒形）	1000 mm以下		○
内側マイクロメータ（キャリパ形）	500 mm以下		○
キャリパゲージ(外側・内側)	500 mm以下		○
デプスゲージ	1000 mm以下	○	○
デプスマイクロメータ	300 mm以下		○
ホールテスト	50 mm以下		○
変位変換器	1000 mm以下（試験変位に対する出力（V、A））		○
平行ねじゲージ（管用も可）	150 mm以下		○

*4 JCSS校正範囲についてはお問合せ下さい。
* 簡易検査（精度検査）も対応可能です。現地にての精度検査(50台以上)についてもご相談下さい。
* その他、長さ計についてはご相談下さい。

校正対応機器　一覧

区分 圧力

圧力計（デジタル、機械式）	校正対応範囲	JCSS校正	検査
気体ゲージ圧力　*5	10 kPa以上 5000 kPa以下	○	○
	-95 kPa超 -10 kPa以下	○	○
液体ゲージ圧力	0.05 MPa以上1 MPa未満		○
	1 MPa以上50 MPa以下	○	○
差圧計（デジタル、機械式）	**校正対応範囲**	**JCSS校正**	**検査**
気体ゲージ差圧	0 kPa～10 kPa		○
気圧計（デジタル、機械式）	**校正対応範囲**	**JCSS校正**	**検査**
気体絶対圧力（気圧計）	750 hPa ～ 1150 hPa	○	○
圧力センサ *6	**校正対応範囲**	**JCSS校正**	**検査**
圧力センサ　*7	基準圧力に対する出力（V、A）		○

*5 JCSS校正範囲についてはお問合せ下さい。
*6 ケーブル、結線図を添えてお申し込み下さい。(印加電圧をご指定下さい。)
*7 圧力センサの対応範囲は、圧力計、差圧計、気圧計の欄を参照。
* その他、圧力計・圧力センサ・トランスデューサ等についてはご相談下さい。

区分 体積

ピストン式体積計	校正対応範囲	JCSS校正	検査
マイクロピペット 固定・可変容量	最大容量が 2 μL 以上 10000 μL（10 mL）以下	○	○
電子マイクロピペット	最大容量が 2 μL 以上 10000 μL（10 mL）以下	○	○
ボトルトップディスペンサ	容量 0.1 μL 以上 50 mL以下	○	○
シリンジ（先端ニードルタイプのみ）	容量 1 μL 以上 1000 μL以下	○	○
ガラス製体積計	**校正対応範囲**	**JCSS校正**	**検査**
メスシリンダー	容量 1 mL 以上　5000 mL 以下	○	○
	容量 5000 mL 超		○
フラスコ　受用	容量 1 mL 以上　10000 mL（10 L）以下	○	○
	容量 10000 mL（10 L）超		○
フラスコ　出用	容量 1 L 以上　10 L 以下	○	○
全量ピペット（ホールピペット）	容量 200 mL 以下	○	○
メスピペット	容量 50 mL 以下	○	○
	容量 50 mL 超		○
ビュレット	容量 100 mL 以下	○	○

* 体積計の校正内容、検査内容の詳細についてはお問合せ下さい。
* その他、体積計についてはご相談下さい。

校正対応機器　一覧

＊下記製品につきましては、弊社または、弊社より関連各社にて校正を行うことが可能です。
＊また、一覧に無い製品につきましても、弊社にて対応できる場合がありますので、お問合せ下さい。

その他

接触式温度計	校正対応範囲	JCSS校正	検査
ガラス温度計	-70 ℃ 以上　350 ℃ 以下	○	○
指示計器付温度計	-70 ℃ 以上　500 ℃ 以下	○	○

一軸試験機	校正対応範囲	JCSS校正	検査
圧縮力	0.4 N 以上　5 MN 以下	○	○
引張力	0.4 N 以上　100 kN 以下	○	○
	100 kN 超　300 kN 以下		○

分銅	校正対応範囲	JCSS校正	検査
分銅	1 mg　～　100 kg	○	
おもり（重錘等）	1 mg　～　110 kg	○	

はかり	校正対応範囲	JCSS校正	検査
電子式非自動はかり	ひょう量　1500 kg 以下	○	○
機械式非自動はかり	ひょう量　1500 kg 以下		○

ストップウォッチ *7	校正対応範囲	JCSS校正	検査
ストップウォッチ	1時間まで		○

＊7 実使用状態における押しボタンのオン・オフ間の時間を測定

＊納期目安
引取校正：引き取り後、実働10日以内に返却及び校正証明書を発行いたします。
現地校正：校正終了後、一週間以内に校正証明書を発行いたします。

＊現地校正について
ご依頼された内容について、校正範囲や内容により対応が可能であることを確認し、お見積りを作成します。

＊その他
一覧に記載のない機器に関しても対応可能な場合がございます。
ご不明な点等ありましたらお気軽に下記までお問合せ下さい。

お問合せ・お見積りは
TEL 044-322-9128
受付：月～金(祝日除) 9:00 ～ 17:30

Webからのお問合せ・お見積りは
http://japan-cal-center.com

株式会社 日本校正センター

〒 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生三丁目16番8号
TEL：044-322-9128　FAX：044-322-9129
e-mail：support@japan-cal-center.com